

Si rompe rubinetto, allagato il laboratorio analisi del San Martino

di **Redazione**

20 Marzo 2017 - 13:15



Genova. Agg. h. 18.12 E' stato riparato il primo dei due strumenti danneggiati, la macchina dedicata agli esami di sierologia. Lo strumento ha prima eseguito i test richiesti per la riattivazione ed è già nuovamente in uso. L'utenza interessata è già stata messa al corrente. Lo strumento per l'analisi di ormoni, omocisteina e dei biomarcatori tumorali sarà riattivata domani sera.

Acqua alta e disagi all'ospedale San Martino, dove il settore immunometria del laboratorio analisi è allagato. Nei locali al primo piano del Monoblocco lavora da ieri l'assistenza tecnica: l'intervento dovrebbe terminare entro 3 giorni.

Tutta colpa, spiega la direzione dell'ospedale, di una "rottura di un rubinetto di una doccia riservata ai diversamente abili, ubicata accanto alle sale operatorie (già igienizzate e perfettamente funzionanti), al piano superiore".

L'acqua ha così provocato danni a "strumenti analitici, di diagnostica di alcuni biomarcatori tumorali e di diagnostica sierologica. Sono stati riscontrati problemi anche al gascromatografo utilizzato per i test di conferma delle alcolemie a valenza giudiziaria".

"Al momento - conclude la direzione - non si registrano rallentamenti all'attività e nel caso si farà ricorso alla logica di rete con le altre strutture ospedaliere per scongiurare eventuali liste d'attesa".

